

**ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА
УКРАЇНИ**

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи
№ 05.03.02-04/16896 від 11.07.2016

Свідоцтво про державну реєстрацію дезінфекційного засобу
№ 05.03.02-08/2245/27 від 21.07.2016

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

**із застосування дезінфекційного засобу
«Рідина антисептична для рук «КЛІН СТРІМ
(CLEAN STREAM)» з метою дезінфекції шкіри
рук, шкірних покривів, невеликих за площею
поверхонь та медичних виробів.**



**CLEAN
STREAM**

Київ - 2016

Організація-розробник: ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзеєва НАМН України.

Методичні вказівки призначені для закладів охорони здоров'я та інших організація, які виконують роботи з дезінфекції та стерилізації.

Тиражування цих методичних указівок дозволяється лише за згодою ТОВ «КЛІН СТІМ» (Україна).

ПОГОДЖЕНО

Т. В. О. Головного державного санітарного лікаря України С. В. Протос, від 21 Липня 2016 року, за № 2245/27

Особливий випадок: якщо стандартні проби та досліджувані проби вміщують однакову кількість внутрішнього стандарту (Int.Standart), тоді можливо відмовитись від вводу кількості внутрішнього стандарту в послідовності, тобто Int.Std.Amt, значення 1. Вихідна кількість x послідовне введення = відрегульована кількість. Засіб витримує випробування, якщо вміст етанолу знаходиться в межах 80,8-89,3 %.

	
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА УКРАЇНИ	
СВІДОЦТВО про державну реєстрацію дезінфекційного засобу	
№ 05.03.02-08/2245/27	від 21.07.2016 р.
ДеЗінфекційний засіб «Різна антисептична для рук «КЛІН СТІМ (CLEAN STREAM)» <small>(назва дезінфекційного засобу)</small>	
Етанол – 70,0%, 2-пропанол – 2,0% <small>(вміст діючих речовин)</small>	
ТОВ «КЛІН СТІМ», Україна, 10019, м. Житомир, вул. Слобідська, 27, тел.: (0412) 519037, код ЄДРПОУ: 39353694 <small>(заявник, повне найменування, місцезнаходження)</small>	
ТОВ «КЛІН СТІМ», Україна, 10019, м. Житомир, вул. Слобідська, 27, тел.: (0412) 519037, код ЄДРПОУ: 39353694 <small>(виробник, повне найменування, місцезнаходження)</small>	
<p>ДеЗінфекційний засіб «Різна антисептична для рук «КЛІН СТІМ (CLEAN STREAM)» призначений для хірургічної та гігієнічної обробки шкіри рук персоналу у закладах охорони здоров'я, спортивно-оздоровчих закладах, дитячих дошкільних та навчальних закладах різних рівнів акредитації, санаторно-курортних закладах, у закладах соціального захисту та пенітенціарної системи, у вогнищах інфекційних хвороб; гігієнічної дезінфекції шкіри рук працівників підприємств косметичної, фармацевтичної, мікробіологічної, харчової промисловості, закладів громадського харчування і торгівлі, банківських установ, об'єктів комунальної служби та всіх інших об'єктів, діяльність яких вимагає дотримання гігієнічних вимог і правил; гігієнічної дезінфекції шкіри рук населенням у побуті при догляді за хворими, новонародженими, людьми похилого віку, при перебуванні у громадському транспорті, у місцях загального користування; у подорожах тощо; гігієнічної дезінфекції шкіри рук в умовах надзвичайних ситуацій; дезінфекції шкірних покривів пацієнтів перед інвазивними втручаннями в ургентних ситуаціях; дезінфекції шкіри рук клієнтів перед манікюром і педикюром у перукарнях; швидкої дезінфекції невеликих за площею поверхонь, невеликих за розмірами виробів медичного призначення нескладної конфігурації, гумових та поліпропіленових рукавичок у надзвичайних ситуаціях; для комплектації особистих аптечок працівників ДСНС, МВС, митниці, військ службовців; для дезінфекції шкіри рук та шкірних покривів в інших випадках, коли необхідно дотримуватись гігієнічних вимог та правил</p>	
<small>(сфера застосування)</small> Згідно з методичними вказівками щодо застосування від 21.07.2016 № 2251/21	
<small>(використання згідно з)</small> Свідоцтво видане на підставі висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 11.07.2016р. № 05.03.02-04/16896 проведеної уповноваженою установою, закладом державної санітарно-епідеміологічної служби – Комісія з державної санітарно-епідеміологічної експертизи при Головному державному санітарному лікарі України ДУ «Інститут громадського здоров'я ім. О.М.Марзеєва НАМН України»	
<small>(повне найменування установи закладу)</small> Свідоцтво дійсне до: 21.07.2021	
Т.В.О. Головного державного санітарного лікаря України	С.В.Протос <small>(підписи та печатки)</small>
	

7.2.6.3. Налаштування приладів

7.2.6.3.1. Газовий хроматограф Autosystem XI

Температурний режим: 50 °C, ізометричне нагрівання до 250 °C

Зі швидкістю 30 °C/хв.

7.2.6.3.2. Програмне забезпечення Turbochrom

Прилад: GC-2, GC-2, GC-4, GC-5

Послідовність: sterigel

Метод: sterigel

7.2.6.4. Проведення аналізу

7.2.6.4.1. Стандартний розчин/Контроль

Для калібрування 1,000 ± 0,0009 г стандарту № 38 (B) перемішують з 5,0 мл внутрішнього стандарту № 9 (A) та 5,0 мл метанолу.

7.2.6.4.2. Випробувальний розчин

Для аналізу 1,000 ± 0,0009 г проби перемішують з 5,0 мл внутрішнього стандарту № 9 (A) та 5,0 мл метанолу. Після актуалізації послідовності (загрузка партії) виконують настройку «Set up».

До послідовності входить калібрування/контроль та вимірювання проби. Стандартні розчини аналізують декілька разів до тих пір, поки не стабілізується колонка. Метод необхідно калібрувати спочатку, якщо вміст етанолу не відповідає заданому значенню ± 2.5 %.

Після проходження послідовності роздруковують протокол контролю та проби. У протоколі зазначають тільки ті компоненти, ідентичність яких перевірена за допомогою вікна пікових значень.

Хроматографічні дані (див. Інструкцію по калібровці KAO1D)/

7.2.4.5. Опрацювання результатів

Відношення ISTD-вихідного сигналу. Відношення ISTD-кількості.

Калібрування:

Був вирахований калібрувальний коефіцієнт. Він відповідає зворотній величині відносного коефіцієнта вихідного сигналу.

$$R_{CF} = \frac{0,001 \cdot \frac{\text{поверхня}_{\text{Комп}}}{\text{наважка}_{\text{Комп}}}}{\frac{\text{поверхня}_{\text{IntStd}}}{\text{наважка}_{\text{IntStd}}}} = \frac{CF_{\text{Комп}}}{CF_{\text{IntStd}}}$$

Оцінка проби:

$$\text{Кількість Комп "x"} = \frac{\text{поверхня}_{\text{Комп}}}{\text{наважка}_{\text{Комп}}} \cdot \frac{1}{R_{CF} \cdot \text{кількість}_{\text{IntStd}}} = \text{вихідна кількість}$$

ПОГОДЖЕНО

Т.В.о. головного державного
санітарного лікаря України



Протас С.В.

«21» жовтня 2016 р.

№ 2251/21

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

із застосування дезінфекційного засобу «Рідина антисептична для рук «КЛІН СТІМ (CLEAN STREAM)» з метою дезінфекції шкіри рук, шкірних покривів, невеликих за площею поверхонь та медичних виробів.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Повна назва засобу – дезінфекційний засіб «Рідина антисептична для рук «КЛІН СТІМ (CLEAN STREAM)».

1.2. Фірма виробник – ТОВ "КЛІН СТІМ" (Україна).

1.3. Склад засобу, вміст діючих та допоміжних речовин, мас. %:
етанол – 70,0% (діюча речовина) 2-пропанол–2,0% (діюча речовина); допоміжні речовини: етилгексилгліцерин, феноксіетанол, а-бісаболол, гліцерин, регулятор кислотності, вода демінералізована до 100,0 %.

1.4. Форма випуску, фізика-хімічні та мікробіологічні властивості засобу.

Дезінфекційний засіб «Рідина антисептична для рук «КЛІН СТІМ» (CLEAN STREAM)» являє собою готову до застосування безбарвну прозору рідину без сторонніх домішок із слабким специфічним запахом запахи. рН засобу складає 6,5 - 8,5, відносна густина – 0,847±0,003, в'язкість – від 900 мПа с до 1200 мПа с, показник заломлення – 1,355-1,371. Засіб є легкозаймистим, вибухобезпечним.

1.5. Призначення засобу.

Дезінфекційний засіб «Рідина антисептична для рук «КЛІН СТІМ (CLEAN STREAM)» призначений для:

- гігієнічної дезінфекції шкіри рук медичного персоналу у закладах охорони здоров'я, спортивно-оздоровчих закладах, дитячих дошкільних та навчальних закладах різних рівнів акредитації, санаторно-курортних закладах, у закладах соціального захисту та пенітенціарної системи, у вогнищах інфекційних хвороб;

- хірургічної та гігієнічної дезінфекції рук медичного та обслуговуючого персоналу (хірургів і членів хірургічної бригади, операційних медичних сестер, акушерок та інших осіб, які беруть участь у проведенні операцій, прийомі пологів, здійсненні маніпуляцій, інвазійних втручань, догляді за пацієнтами тощо) у закладах охорони здоров'я та лікувально-профілактичних закладах усіх

профілів, та форми (у т. ч. лікарнях хірургічного, стоматологічного, акушерсько-гінекологічного, туберкульозного профіля відділень неонатології, реанімації та інтенсивної терапії. В донорських пунктах і пунктах переливання крові, на станціях (відділеннях) служби крові, станціях швидкої та невідкладної медичної допомоги, санітарному транспорті (каретах швидкої та невідкладної медичної допомоги). В фельдшерських і фельдшерсько-акушерських пунктах, патологоанатомічних відділеннях, клінічних, діагностичних, мікробіологічних, біохімічних, імунологічних, бактеріологічних, вірусологічних, серологічних лабораторіях;

- гігієнічної дезінфекції шкіри рук працівників підприємств косметичної, фармацевтичної, мікробіологічної, харчової та харчопереробної (м'ясної консервної, птахопереробної, ячної, рибної, молочної, масложирової) промисловості, підприємств агропромислового комплексу (тваринницьких, птахівничих, інкубаційних), закладів громадського харчування і торгівлі, банківських установ, об'єктів комунальної служби, всіх видів транспорту та всіх інших об'єктів, діяльність яких вимагає дотримання гігієнічних вимог і правил;

- гігієнічної дезінфекції шкіри рук населенням у побуті при догляді за хворими, новонародженими, людьми похилого віку, при перебуванні у громадському транспорті всіх видів (в т. ч. на залізничних вокзалах і станціях, у вагонах пасажирських поїздів, авіаційних і водних портах, водному транспорті, наземному та підземному громадському транспорті), у місцях загального користування, у подорожах тощо;

- гігієнічної дезінфекції шкіри рук в умовах надзвичайних ситуацій; антисептичної обробки шкірних покривів пацієнтів перед інвазивними втручаннями в ургентних ситуаціях, проведенні внутрішньовенних, внутрішньом'язових маніпуляцій; проведенні дрібних хірургічних втручань, дезінфекції літкових згинів донорів, дезінфекції операційного поля та післяопераційна дезінфекція шкіри пацієнтів;

- дезінфекції шкіри та нігтів клієнтів у перукарнях SPA-центрів, манікюрних, педикюрних, масажних кабінетів, косметологічних клінік і салонів, соляріїв, салонів пірсингу і татуювання);

- гігієнічної дезінфекції шкіри рук в об'єктах міністерства оборони, надзвичайних ситуацій, внутрішніх справ, інших міністерств, служб; в установах пенітенціарної системи, митниці та прикордонних служб, дезінфекційної, санітарно-епідеміологічної, ветеринарної служб;

- швидкої дезінфекції невеликих за площею поверхонь, виробів медичного призначення нескладної конфігурації (стоматологічних, косметологічних тощо), гумових, латексних та поліпропіленових рукавичок у надзвичайних ситуаціях;

- для просочування серветок одноразового використання для очищення і антисептичної обробки шкіри рук, тіла та поверхонь;

1.6. Спектр антимікробної дії.

Дезінфекційний засіб «Рідина антисептична для рук «КЛІН СТІМ (CLEAN STREAM)» має протимікробні властивості щодо грамнегативних та грампозитивних бактерій, включаючи збудників внутрішньолікарняних інфекцій (*S. aureus*, *P. aeruginosa*, *E. coli*, *E. hirae*, *E. faecium*) та збудників туберкульозу;

7.2. Методи визначення встановлених показників

7.2.1. Визначення зовнішнього вигляду та запаху. Відбір проб виконують згідно ДСТУ 5009. Визначення зовнішнього вигляду, кольору та запаху проводять відповідно до вимог ДСТУ 5009.

7.2.2. Визначення відносної густини за 20 °С, г/см³. Визначення проводять на електронному денсиметрі. Засіб витримує випробування, якщо значення відносної густини знаходяться в межах 0,823-0,847 г/см³.

7.2.3. Визначення показника концентрації водневих іонів, рН, проводиться відповідно до ГОСТ 29188.2. Випробування проводять потенціометричним методом з використання комбінованого скляного рН-електроду. Засіб витримує випробування, якщо рН знаходиться в межах 6,0-8,0.

7.2.4. Визначення динамічної в'язкості. Динамічну в'язкість визначають згідно з ДФУ. Визначення в'язкості проводять за допомогою ротаційного віскозиметра Брукфілда. Засіб витримує випробування, якщо в'язкість знаходиться в межах 900-1200 мПа·с.

7.2.5. Визначення показника заломлення. Показник визначають рефрактометрично. Засіб витримує випробування, якщо значення показника заломлення знаходиться в межах 1,355-1,371.

7.2.6. Визначення масової частки етанолу

7.2.6.1 Принцип методу

Визначення проводять методом капілярної хроматографії в порівнянні зі стандартом. Числові значення визначають у порівнянні зі стандартом.

7.2.6.2. Устаткування і реактиви

Газовий хроматограф Perkin Elmer Autosystem XL

Програмне забезпечення PE-Турбохром із ПК і принтером

Капілярна колонка: 30м x 0,25мм, 1,0 мк Rtx-1701

Метанол для аналізу

2-пропанол

Етанол 99 %, для порівняння

2-бутанон, для порівняння

Гліцерин, для порівняння

Тетрадеканол, для порівняння

Допоміжні реактиви:

А внутрішній стандарт (№ 9): 150мл 2-пропанола розводять метанолом до 1000 мл. Термін придатності: 2роки.

В стандарт (№ 38): етанол, 2-бутанол, гліцерин, тетрадеканол-1, розводять демінералізованою водою. Компоненти зважують на аналітичних вагах та повністю розчиняють при перемішуванні. Термін придатності: 1рік.

6. ПАКУВАННЯ. ТРАНСПОРТУВАННЯ. ЗБЕРІГАННЯ

6.1. Пакування засобу. Дезінфекційний засіб «Рідина антисептична для рук «КЛІН СТІМ (CLEAN STREAM)» випускають у вигляді готової до застосування рідини у «Саше», «Стріп», «Стік», флаконах, пляшках, каністрах ємністю від 1мл до 200л. Також ємності можуть комплектуватися розпилювачами, диспенсерами, дозаторами ліктьовими або помповими, іншими дозуючими пристроями.

6.2. Умови транспортування засобу. Транспортування засобу «Рідина антисептична для рук «КЛІН СТІМ (CLEAN STREAM)» здійснюють усіма видами транспорту, згідно з правилами перевезення, діючим на даному виді транспорту.

6.3. Терміни та умови зберігання. Засіб зберігають окремо від лікарських засобів у критих складських приміщеннях, які захищені від прямого сонячного проміння, при температурі від - 40 °С до +35 °С осторонь від джерел відкритого вогню та тепла, окремо від легкозаймистих матеріалів і речовин, у місцях недоступних для дітей.

Термін придатності засобу складає 3 роки з дати виробництва.

Термін придатності засобу після відкриття 12 місяців.

7. МЕТОДИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗАСОБУ

7.1. Перелік показників, які підлягають визначенню. При проведенні контролю якості засобу «Рідина антисептична для рук «КЛІН СТІМ (CLEAN STREAM)» визначають: зовнішній вигляд; запах; густину за 200 С, г/см³; в'язкість, показник заломлення за 20 °С, показник концентрації водневих іонів, рН; масову частку етанолу, %. За показниками якості засіб «Рідина антисептична для рук «КЛІН СТІМ (CLEAN STREAM)» повинен відповідати вимогам і нормам, зазначеним у таблиці 1.

Таблиця 1. Показники, які підлягають вивченню при проведенні контролю якості засобу «Рідина антисептична для рук «КЛІН СТІМ (CLEAN STREAM)»

№ п/п	Найменування показника	Норма	Метод аналізу
1	Зовнішній вигляд, запах	Однорідна прозора безбарвна рідина без сторонніх домішок із характерним запахом спирту	За п. 7.2.1.
2	Відносна густина за 20 °С, г/см ³	0,847 ± 0,003	За п. 7.2.2.
3	Показник концентрації водневих іонів, рН за 20 °С	Від 6,5 до 8,5	За п. 7.2.3.
4	В'язкість за 20 °С по Брукфилду	Від 900 мПа·с до 1200 мПа·с	За п. 7.2.4.
5	Показник заломлення за 20 °С	1,355-1,371	За п. 7.2.5.
6	Масова частка етанолу, не менше, %	70,0 ± 2,5	За п. 7.2.6.
7	Масова частка 2-пропанолу, не менше, %	2,35-2,37	За п. 7.2.6.

віруліцидні, включаючи збудників гепатитів В і С, ВІЛ, герпесу, коронавірусів, вакцинія-, адено-, папова-, рота-, норовірусів, збудників грипу: А(Н5N1) «пташиний грип», А(Н1N1) «свинячий грип», парагрипу та інших респіраторних вірусних інфекцій, фунгіцидні (щодо грибів роду Candida патогенних дерматофітів, трихофітій, пліснявих грибів) властивості. Засіб виявляє пролонговані бактерицидні властивості протягом 3 годин (у т. ч. протягом 3 годин під рукавичками).

1.7. Токсичність та безпечність засобу.

Дезінфекційний засіб «Рідина антисептична для рук «КЛІН СТІМ (CLEAN STREAM)» відповідно до вимог ГОСТ 12.1.007 належить до мало небезпечних речовин (4 клас безпеки) при введенні в шлунок та при нанесенні на шкіру. Засіб не спричиняє шкірно-подразнювальної та сенсibiliзуючої властивостей. Засіб не має кумулятивних властивостей, не виявляє канцерогенної, мутагенної, гонадотропної та тератогенної дії.

2. ПРИГОТУВАННЯ РОБОЧИХ РОЗЧИНІВ

2.1. Методика та умови приготування робочих розчинів.

«Рідина антисептична для рук «КЛІН СТІМ (CLEAN STREAM)» є готовим до застосування засобом і використовується з метою дезінфекції у нерозведеному вигляді.

3. СПОСОБИ ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБУ З МЕТОЮ ДЕЗІНФЕКЦІЇ

3.1. Об'єкти застосування.

Засіб використовують у нерозведеному стані з метою:

- гігієнічної та хірургічної дезінфекції шкіри рук медичного персоналу у закладах охорони здоров'я, спортивно-оздоровчих закладах, дитячих дошкільних та навчальних закладах різних рівнів акредитації, санаторно-курортних закладах, у закладах соціального захисту (будинки для людей похилого віку, інвалідів тощо) та пенітенціарної системи, у вогнищах інфекційних хвороб;
- гігієнічної дезінфекції шкіри рук працівників підприємств косметичної, фармацевтичної, мікробіологічної, харчової промисловості, закладів громадського харчування і торгівлі, банківських установ, об'єктів комунальної служби, всіх видів транспорту та інших об'єктів, діяльність яких вимагає дотримання гігієнічних вимог і правил;
- гігієнічної дезінфекції шкіри рук населенням у побуті при догляді за хворими, новонародженими, людьми похилого віку, при перебуванні у громадському транспорті, у місцях загального користування, у подорожах тощо;
- гігієнічної дезінфекції шкіри рук в умовах надзвичайних ситуацій;
- обробки шкірних покривів пацієнтів перед інвазивними втручаннями в ургентних ситуаціях;
- дезінфекції шкіри клієнтів перед манікюром і педикюром у перукарнях;
- швидкої у часі дезінфекції невеликих за площею поверхонь, невеликих за розмірами виробів медичного призначення нескладної конфігурації, гумових та поліпропіленових рукавичок у надзвичайних ситуаціях;
- для комплектації особистих аптечок працівників МНС, МВС, митниці, військовослужбовців;
- дезінфекції шкіри рук та шкірних покривів в інших випадках, коли

необхідно дотримуватись гігієнічних вимог та правил.

3.2. Методи знезараження окремих об'єктів.

Для зручності використання засіб може наноситися на шкіру пацієнта або поверхню виробів медичного призначення за допомогою розпилювача, дозуючого пристрою та за допомогою серветок змочених засобом.

3.2.1. Хірургічну дезінфекцію шкіри рук медичного персоналу під час проведення медичних маніпуляцій у закладах охорони здоров'я різного профілю, спортивно-оздоровчих закладах, дитячих дошкільних та навчальних закладах, санаторно-курортних закладах, у закладах соціального захисту та пенітенціарної системи, у вогнищах інфекційних хвороб проводять наступним чином. Перед використанням засобу необхідно вимити руки і передпліччя з використанням рідкого мила, насухо витерти їх за допомогою стерильної марлевої серветки. На сухі чисті руки і передпліччя нанести порціями 5-6 мл засобу «Рідина антисептична для рук «КЛІН СТІМ (CLEAN STREAM)», втирати засіб протягом 1,5 хв. При цьому потрібно підтримувати шкіру зволожену засобом протягом часу обробки. Останню порцію засобу втирають у шкіру до повного висихання. Стерильні рукавички одягають після повного висихання шкіри. Засіб має пролонговану дію протягом 3-х годин.

У разі забруднення рук виділеннями, кров'ю, іншими біологічними рідинами необхідно спочатку видалити забруднення зі шкіри одноразовою серветкою, змоченою засобом «Рідина антисептична для рук «КЛІН СТІМ (CLEAN STREAM)», а потім провести дезінфекцію рук, як зазначено вище.

Послідовність операцій втирання антисептичної рідини для хірургічної обробки рук має відповідати Європейському стандарту EN 1500.

3.2.2. Гігієнічну дезінфекцію шкіри рук працівників медичного персоналу та підприємств косметичної, фармацевтичної, мікробіологічної, харчової промисловості, закладів громадського харчування і торгівлі, банківських установ, об'єктів комунальної служби, всіх видів транспорту, гігієнічну дезінфекцію шкіри рук у побуті та в умовах надзвичайних ситуацій тощо, виконують шляхом нанесення 3-х мл засобу на сухі долоні руки та рівномірного розтирання його по поверхні шкіри до повного її зволоження протягом 30 сек. Приступати до роботи можна тільки після повного висихання засобу «Рідина антисептична для рук «КЛІН СТІМ (CLEAN STREAM)».

Варто слідкувати за тим, щоб протягом всього часу втирання руки залишалися вологими від засобу.

3.2.3. Обробку шкіри ін'єкційного поля, ліктювих згинів донорів проводять наступним чином: шкіру протирають рясно змоченою марлевою серветкою (ватним тампоном). Експозиція - 15 сек.

3.2.4. Обробку шкіри операційного поля проводять наступним чином: шкіру протирають рясно змоченою стерильною марлевою серветкою. Експозиція - 15 сек.

3.2.5. Дезінфекцію шкіри клієнтів перед манікюром і педикюром у перукарнях проводять шляхом протирання її ватним тампоном, рясно змоченими засобом. Експозиція - 15 сек.

3.2.6. Санітарну обробку ніг з метою профілактики грибкових інфекцій проводять наступним чином: шкіру ніг протирають марлевым тампоном, рясно

змоченим засобом (не менше 3 мл на тампон) або зрошують з розпилювача. Експозиція - 15 сек.

3.2.7. Обробку рукавичок на руках персоналу в ургентних ситуаціях проводять наступним чином: зовнішню поверхню рукавичок ретельно протирають стерильним ватним або марлевым тампоном, рясно змоченим засобом (не менше 3,0 мл на тампон). Експозиція – не менше 30 сек. Дочекаються повного висихання поверхні рукавичок.

3.2.8. З метою швидкої у часі дезінфекції невеликих за площею поверхонь, невеликих за розмірами виробів медичного призначення нескладної конфігурації в умовах надзвичайних ситуацій їх протирають стерильним ватним або марлевым тампоном, рясно змоченим засобом (не менше 3,0 мл на тампон) або зрошують з розпилювача з відстані не більше 30 см. Експозиція після обробки складає не менше 30 сек.

4. ЗАСТЕРЕЖНІ ЗАХОДИ ПРИ РОБОТІ ІЗ ЗАСОБОМ

4.1. Необхідні засоби захисту шкіри, органів дихання та очей при роботі із засобом.

Використання засобу «Рідина антисептична для рук «КЛІН СТІМ (CLEAN STREAM)» не потребує застосування будь-яких засобів захисту.

4.2. Загальні застереження при роботі із засобом.

Дезінфекційний засіб «Рідина антисептична для рук «КЛІН СТІМ (CLEAN STREAM)» належить до легкозаймистих речовин! Не палити під час використання засобу. Необхідно тримати засіб осторонь від джерел відкритого вогню та тепла. По закінченні терміну придатності використання засобу забороняється.

4.3. Застережні заходи при приготуванні робочих розчинів.

Засіб «Рідина антисептична для рук «КЛІН СТІМ (CLEAN STREAM)» випускають у готовому до застосування вигляді. Не розводити!

4.4. Застережні заходи в умовах застосування засобу для обробки окремих об'єктів.

Засіб призначений тільки для зовнішнього застосування! Не наносити на рани та слизові оболонки, не допускати контакту засобу зі слизовими оболонками очей.

4.5. Методи утилізації засобу.

Партії засобу «Рідина антисептична для рук «КЛІН СТІМ (CLEAN STREAM)» з вичерпаним терміном придатності або некондиційні, підлягають поверненню на підприємство-виробник для переробки.

5 ОЗНАКИ ГОСТРОГО ОТРУЄННЯ. ЗАХОДИ ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ ПРИ ОТРУЄННІ

5.1 Ознаки гострого отруєння.

Гостре отруєння – не спостерігається.

5.2. Заходи першої допомоги при попаданні засобу в очі.

При попаданні засобу в очі необхідно промити їх проточною водою протягом 10-15 хв. При подразненні слизової оболонки очей рекомендується закапати в очі альбуцид. У разі необхідності звернутись до лікаря.

5.3. Заходи першої допомоги при попаданні засобу до шлунку. У разі попадання засобу до шлунку необхідно промити ротову порожнину та випити кілька склянок питної води кімнатної температури. Звернутись до лікаря!